



Instructions for use




- ① 걸포장제 절취부
- ② 손잡이
- ③ 제품 결이용 구멍
- ④ 개봉 가능한 접합부
- ⑤ Blind port
- ⑥ Additive port (첨가제 주입 포트)
- ⑦ Infusion port (수액세트 주입 포트)
- ⑧ 산소흡수제


1. 걸포장제의 제거




- 백을 수평으로 잡고 포트 가까이에 있는 절취부위(A)를 찢어 걸포장을 벗기고 백을 깨냅니다(B). 산소흡수제는 벼려도 좋습니다.





- 두 개의 접합부위가 열린 후, 백을 여러 번 상하로 움직이면 완전히 섞여 흰색 유탕액의 성상을 확인합니다. 가로 접합부는 개봉되지 않습니다.



2. 혼합




- 백을 평평한 곳에 위치한 후, 손잡이 부분에서부터 접합부분이 개봉될 때까지 백을 말아 올리면서 힘주어 눌러줍니다. 이때, A액과 B액을 먼저 혼합한 후, C액을 가장 나중에 혼합하는 것을 권장합니다. (걸포장제를 제거하지 않은 상태에서도 백 내용물의 혼합이 가능합니다.)



- 백을 평평한 곳에 놓습니다. 첨가제를 주입하기 직전 흰색 화살표 템을 제거합니다. (A) (Additive port의 막은 멀균 되어 있어 처음 사용시 소독 과정이 필요없습니다.)



- Additive port (첨가제 포트)의 아랫부분을 잡고 주입부의 중앙에 비늘을 삽입하여 첨가제를 주입합니다. (B)

- 여러 종류의 첨가제를 삽입할 경우, 매회 주입이 끝날 때마다 백을 최소 3회 이상 위아래로 섞어줍니다. 20~23 gauge의 syringe를 사용하여, 최장 길이는 40mm의 사용을 권장합니다.



- infusion set (수액세트)를 주입하기 직전, Infusion port의 파란색 화살표템을 제거합니다. (A) (Infusion port의 막은 멀균 되어 있어 처음 사용 시 소독 과정이 필요없습니다.)
- 공기구멍이 없는 infusion set 혹은 공기구멍이 닫힌 set를 사용합니다.
- infusion set의 아랫부분을 잡고 infusion set를 깊숙이 삽입합니다.

3. 투여준비



- 손잡이 하단에 위치한 구멍을 이용하여 백을 행거에 매듭니다.

